

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

LaboGene ScanLaf Mars 1200 TÜV

Бокс біологічної безпеки II класу

Для лабораторних робіт, що потребують захисту оператора, зразків і довкілля. Виконання TÜV має власний каталожний номер та визначену комплектацію зі світлом LED і секційною стільницею AISI 304.



Ілюстрація серії Mars 1200.
Підставка добирається окремо.

1200 мм

номінальна ширина
Каталожний номер 703469

TÜV

виконання

Подвійна HEPA-фільтрація — схема серії

КОНТРОЛЬ І ЩОДЕННА РОБОТА

- **Захист оператора та зразків.** Контрольовані вхідний і низхідний потоки.
- **HEPA-фільтрація.** Двофільтрова схема Mars.
- **LED у комплекті.** Освітлення робочої камери.
- **Секційна стільниця.** Нержавіюча сталь AISI 304.

Параметри роботи

Модель	Mars 1200 TÜV
Каталожний номер	703469
Електроживлення	230 В / 50–60 Гц
Захист	Оператора, продукту та довкілля
Режим зниженої швидкості	З окремо замовленим PIR-датчиком



LaboGene ScanLaf Mars 1200 TÜV

Що входить до комплектації

Бокс	Виконання TÜV зазначеної моделі
Бічні вікна	Комплект із трьома отворами
Освітлення	LED
Робоча поверхня	Комплект секційних стільниць AISI 304
Фільтрація	Двофільтрова схема серії Mars

Керування та робоча зона

Принцип потоку	Вертикальний низхідний потік і вхідний повітряний бар'єр
Фронтальне вікно	Електропривод; доступ для очищення з обох боків
Сигналізація	Звуковий і візуальний контроль повітряних потоків
Сервісний доступ	Із фронтального боку боксу

Показники потоку, шуму, потужності та зовнішні габарити підтверджують для обраного TÜV-виконання й підставки.

Що додають до замовлення

Підставка, електричні розетки та PIR-датчик не включені до базового коду.

Підставка	Сумісна регульована або з електропідйомом
Електричні розетки	Потрібна кількість і національний тип
PIR-датчик	Потрібний для режиму зниженої швидкості
Додаткове оснащення	UV-C, крани, мийка та робочі вставки
Підключення до вентиляції	Узгоджене виконання для конкретного процесу

