

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

LaboGene ScanSpeed 40

Вакуумна центрифуга-концентратор

Для концентрування розчинів і висушування лабораторних зразків під вакуумом. Прилад працює у складі системи з окремо підібраним насосом та засобами уловлювання парів і рідини.



ScanSpeed 40 у системі MaxiVac Alpha.
Насос і холодовловлювач — окремо.

200

мікропробірок
Комплектний ротор включений

80 °C

нагрівання камери, до

Кат. № 7008100001 — базовий прилад

КОНТРОЛЬ І ЩОДЕННА РОБОТА

- **Тефлонова камера.** Покриття входить у стандартне виконання.
- **Комплектний ротор.** Для серійної обробки мікропробірок.
- **Нагрівання камери.** Регулювання під методику концентрування.
- **Гнучка система.** Насос і холодовловлювач добираються за розчинником.

Основні характеристики

Каталожний номер	7008100001
Електроживлення	230 В / 50–60 Гц
Ротор у комплекті	200 × 1,5 мл; пробірки Ø11 × 38,5 мм
Камера	Стандартне тефлонове покриття
Нагрівання	Від температури доквілля до 80 °C

Низька уставка нагрівання не забезпечує активного охолодження зразків.

ScanSpeed 40 · Технічний опис

1 / 2



+38 044 333 91 96
+38 067 821 46 96



info@oselyayut.com.ua
www.osely.com.ua



www.snaige-medical.com.ua

LaboGene ScanSpeed 40

Ротор і комплектація



Мікропробірки

Приклад мікроротора

Базовий прилад	Вакуумна центрифуга та зазначений мікроротор
Насос і уловлювач	Добираються окремо; не включені до базового коду

Керування та конструкція

Програмування	Час і температура циклу
Індикація	Параметри роботи та вакууму
Комплексна конфігурація	MaxiVac Alpha / Beta

Зображення ротора є ілюстрацією типу; точна місткість визначається артикулом.

Додаткові опції

Опції добирають під зразки та технологічний процес.

Додаткові ротори	Формати пробірок, флаконів і мікропланшетів
Вакуумний насос	Мембранний або інший сумісний насос
Уловлювання парів	Краплевловлювач або холодовловлювач під розчинник
Приєднання	Сумісні шланги, клапани та з'єднувачі

