

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

XIANGZHI TD4-1

Центрифуга для імуногематології

Для підготовки зразків у дослідженнях крові з використанням роторів HLA та SERO. Програмне керування задає тривалість і швидкість циклу для вибраного режиму.



4 500

об/хв · макс. швидкість
12 зразків

2 000

×g · макс. RCF

440 × 350 × 260 мм

Д × Ш × В

КОНТРОЛЬ І ЩОДЕННА РОБОТА

- Мікропроцесорне керування робочими режимами.
- Програмний таймер для повторюваних циклів.
- Безщітковий двигун із прямим приводом.
- Два типи ротора HLA та SERO.

Параметри експлуатації

Точність швидкості	±20 об/хв
Таймер	Програмний
Електроживлення	220 В AC, 50/60 Гц; 5 А
Потужність двигуна	60 Вт
Рівень шуму	<55 дБ
Дисплей	LED



XIANGZHI TD4-1

Варіанти роторів



Ротор HLA

12 × 2 мл

4500 об/хв · 2000 ×g

Режим 4500 об/хв: 180 с. Також: 12 × 1,5 мл — 3200 об/хв, 1000 ×g, 3 с; 12 × 0,5 мл — 3200 об/хв, 1000 ×g, 60 с.



Ротор SERO

12 × 5 мл

3000 об/хв · 1000 ×g

Заводські режими: 2100 об/хв, 500 ×g, 60 с; 3000 об/хв, 1000 ×g, 60 с.

Параметри циклу залежать від вибраної програми.

Оснащення та розміри

Корпус	Метал
Маса нетто	22 кг
Розміри (Д × Ш × В)	440 × 350 × 260 мм

Комплектація

Ротор, стакани, тримачі та адаптери добираються під формат зразків і робочий протокол. Склад поставки погоджується окремо.

