

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

XIANGZHI XZ-4A

Настільна лабораторна центрифуга

Для рутинної підготовки зразків у клінічних та дослідницьких лабораторіях. Доступні варіанти ротора дають змогу працювати з пробірками різного об'єму.



4 000

об/хв · макс. швидкість

2 673

×g · макс. RCF

За наведеними роторами · 6 × 50 мл, 24 × 10 мл

350 × 440 × 260 мм

Д × Ш × В

КОНТРОЛЬ І ЩОДЕННА РОБОТА

- **Блокування кришки** під час центрифугування.
- **Контроль дисбалансу** із захистом та індикацією помилок.
- **Пам'ять налаштувань** останнього циклу.
- **Мікропроцесорне керування** параметрами циклу.

Параметри експлуатації

Крок швидкості	10 об/хв
Точність швидкості	±20 об/хв
Таймер	1 хв–99 хв
Електроживлення	220 В АС, 50/60 Гц
Споживана потужність	200 Вт
Рівень шуму	<58 дБ



XIANGZHI XZ-4A

Варіанти роторів



AL6X50 · кутовий ротор

Стакан B10441

6 × 50 мл

4000 об/хв · 2120 ×g



AL1220 · кутовий ротор

Стакан B30058

12 × 20 мл

4000 об/хв · 2211 ×g



AL1215-1 · кутовий ротор

Стакан B10055

12 × 15 мл

4000 об/хв · 2202 ×g

Швидкість і RCF — максимальні для відповідної конфігурації.



XIANGZHI XZ-4A

Варіанти роторів продовження



AL2410 · кутовий ротор

Стакан В30057

24 × 10 мл

4000 об/хв · 2358 ×g



AL1810 · кутовий ротор

Стакан В30057

18 × 10 мл

4000 об/хв · 2215 ×g



AL1210 · кутовий ротор

Стакан В30057

12 × 10 мл

4000 об/хв · 2079 ×g

Швидкість і RCF — максимальні для відповідної конфігурації.



XIANGZHI XZ-4A

Варіанти роторів продовження



SS4X50 · бакет-ротор

Стакан B10441

4 × 50 мл

4000 об/хв · 2413 ×g



SS8X15 · бакет-ротор

Стакан B11269

8 × 15 мл

4000 об/хв · 2673 ×g



SS1210 · бакет-ротор

Стакан B11239

12 × 10 мл

4000 об/хв · 2623 ×g

Швидкість і RCF — максимальні для відповідної конфігурації.

Оснащення та розміри

Дисплей	Цифровий
Корпус	Метал
Маса нетто без ротора	21 кг
Розміри (Д × Ш × В)	350 × 440 × 260 мм

Комплектація

Ротор, стакани, тримачі та адаптери добираються під формат зразків і робочий протокол. Склад поставки погоджується окремо.

