

LaboGene ScanLaf Mars TÜV

Бокси біологічної безпеки II класу у TÜV-виконанні



Mars 1200/1800 TÜV та Mars Pro 1200/1800 TÜV

Точна модель, опорна стійка, розетки, датчики та інші опції визначаються специфікацією замовлення.

Що означає TÜV-виконання

Позначення TÜV у прайс-листі LaboGene стосується окремого сертифікованого виконання боксу. Це не є медичною реєстрацією виробу і саме по собі не визначає клінічне призначення. Придатність обладнання оцінюють за класом захисту, процесом, біологічними ризиками та вимогами лабораторії.

Базова конструкція

TÜV-моделі належать до сімейств ScanLaf Mars та Mars Pro. Вони зберігають принцип захисту оператора, продукту й довкілля, вертикальний низхідний потік та HEPA-фільтрацію, характерні для відповідної базової серії.

Комплектація, зазначена у прайсі 2026

- комплект бічних вікон із трьома отворами;
- LED-освітлення;
- секційна стільниця з нержавіючої сталі AISI 304;
- електричні розетки, опорна стійка та PIR-датчик замовляються відповідно до специфікації;
- PIR-датчик потрібен, якщо передбачено режим зниженої швидкості повітряного потоку.

Важливо

Сертифікаційне позначення не замінює оцінку ризику, локальні правила біобезпеки, валідацію після встановлення та погодження схеми вентиляції.

Актуальні моделі та каталожні номери

Кат. №	Модель	Робоча ширина	Серія
703469	Mars 1200 TÜV	1200 мм	Mars
703470	Mars Pro 1200 TÜV	1200 мм	Mars Pro
703471	Mars 1800 TÜV	1800 мм	Mars
703472	Mars Pro 1800 TÜV	1800 мм	Mars Pro

Mars чи Mars Pro

Mars Pro застосовує розширену трифільтрову схему відповідної серії. Вибір між Mars і Mars Pro визначають за характером матеріалу, вимогами до фільтрації та затвердженою оцінкою ризику.

1200 чи 1800 мм

Ширину робочої зони обирають за кількістю обладнання, числом операторів, робочим процесом та доступним простором. Збільшення ширини потребує перевірки витрати повітря, підключення до витяжної системи та умов монтажу.

Дані для підбору та замовлення

Для підготовки технічної специфікації повідомте:

- модель: Mars або Mars Pro;
- робочу ширину: 1200 або 1800 мм;
- біологічні агенти, тип процесу та затверджену оцінку ризику;
- потребу у підключенні до зовнішньої вентиляції;
- тип опорної стійки та необхідну робочу висоту;
- кількість і тип електричних розеток;
- потребу в PIR-датчику, УФ-освітленні, кранах, мийці або інших опціях;
- вимоги до IQ/OQ, інсталяційних випробувань і сервісу.

Статус документа

Брошура підготовлена українською мовою за актуальними позиціями прайс-листа LaboGene 2026 та підтвердженими даними сімейств ScanLaf Mars/Mars Pro. Фінальні характеристики, комплект постачання та сертифікаційні документи підтверджуються у комерційній пропозиції виробника або уповноваженого постачальника.

ТОВ «ОСЕЛЯ ЮТ» | підбір, проєктний супровід, валідація та сервіс по Україні